



# VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Volgens EN 10204 2.2

V-MM-PPM 06-2015

Wijchen, 26 juni 2015

Wij verklaren dat de onderdelen die zijn toegepast in onder genoemde manometers en die in contact komen met het medium waarin de manometer wordt toegepast, overeenkomen met de materialen zoals hieronder staan vermeld:

## Model, artikelgroep

PMM\*\*VV manometers GDM  
PMMPBX\*\*VV manometers Stiko  
PMMT\*\*VV manometers Termaf  
PMM\*D\*\*VV manometers Donkervoort

Behuizing	: RVS, AISI 304
	: Staal, verchroomd
	: Staal, gecoat
	:
Uitvoering meetsystemen	: Messing KMS 58
	: RVS AISI 316
	: Monel
	: Koperlegering

- De onderdelen zijn bedoeld voor assemblage in apparatuur of gasdistributiesystemen welke o.a. vallen onder de machine richtlijn, de richtlijn voor leidingsystemen voor medische gassen (NEN-EN 7396-1) en voldoen als zodanig aan de ISO:15001:2010 (m.b.t. materialen en reinheid).
- De specificaties komen overeen met het betreffende data blad DS-P-PMM.

Handelsonderneming "PD"

technisch manager

Dhr. M. Aalbrecht

office manager

Mevr. I. Willems

