



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Volgens EN 10204 2.2

V-MV-F420 06-2015

Wijchen, 24 juni 2015

Wij verklaren dat de onderdelen die zijn toegepast in onder genoemde magneetafsluiters¹ en in contact komen met het medium waarin de afsluiter wordt toegepast, overeenkomen met de materialen zoals hieronder staan vermeld:

Model, artikelgroep

Ceodeux Cryotec, (Rotarex) M- series

PD: PMSMV.F420***

Ventielhuis	: Messing, Cu Zn40Pb
Inschroefventiel	: Messing - roestvaststaal
O-ringen	: EPDM
Klepzitting	: PTFE, HNBR
Aansluit connecties	: Messing, Cu Zn39 Pb3 (KSM58)
Soldeernippels	: Messing, Cu Zn39 Pb3 (KSM58)
	: Brons, CuSn77n4PB7 (RG7)
Klemkoppelingen Hy-Lok	: Messing, ASTM B16-360
	: Messing, ASTM B453-345
	: Messing, ASTM B283-377

- De onderdelen zijn bedoeld voor assemblage in apparatuur of gasdistributiesystemen die o.a. vallen onder de machine richtlijn, de richtlijn voor leidingsystemen voor medische gassen (NEN-EN 7396-1) en voldoen als zodanig aan de ISO:15001:2010 (m.b.t. materialen en reinheid).
- Voor alle uitvoeringen zijn montage instructies beschikbaar.
Indien hiervan afgeweken wordt vervalt de aansprakelijkheid op de producten.
- De specificaties komen overeen met het betreffende data blad DS-MV-F420**.

Handelsonderneming "PD"

technisch manager

Dhr. M. Aalbrecht

office manager

Mevr. I. Willems

¹ Deze verklaring geldt ook voor de separaat toegepaste fittingen.

